

关于宁夏泰瑞制药股份有限公司总排口 CEMS 在线监测设备的验收意见

宁夏泰瑞制药股份有限公司：

依据《建设项目环境保护管理条例》和《固定污染源烟气排放连续监测系统技术规范》的要求，2018年1月5日，我公司组织相关专家及设备厂家组成验收组对宁夏泰瑞制药股份有限公司总排口 CEMS 站房建设、采样平台建设、CEMS 在线监测设备安装、自动设施运行和维护、制度制定执行情况进行了现场勘查，并听取了企业情况介绍，查阅相关档案资料和自动监测设备比对监测报告，经验收组研究，意见如下：

一、同意通过验收，要求按照相关专业技术规范对设备进行校准和校验，加强设备日常运维和管理，确保自动监控系统正常稳定运行；

二、废气在线监测设备安装到位，安装符合污染源自动监控设施现场端建设规范；

三、比对监测结果符合《固定污染源烟气排放连续监测系统技术规范》要求；

四、已建立完整的运行管理制度；

五、监测数据已稳定传输至银川市环境信息中心。

